

Wołomin, dn. 08-10-2019

FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE**
Wydział Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.....
tel. 022 787 43 01, 03 w. 142
pieczęć jednostki

SPW 273.203.2019
nr postępowania

na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

1. Przedmiot zamówienia:

Zakup specjalistycznego sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala MBNP w Wołominie

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 333100000-1

3. Wartość szacunkowa zamówienia: 94 562 zł brutto, co daje równowartość 1931,49 euro,
W dniu 13-09-2019 r. zamieszczono na stronie internetowej Powiatu Wołomińskiego ogłoszenie o zamówieniu

4. Porównanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość netto zamówienia	Wysokość podatku VAT	Wartość brutto zamówienia	Gwarancja	Nr zadania
1.	PROMED S.A ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	5 000,00 zł	8%	5 400 zł	24 miesiące	Zadanie nr 2 Pulsoksymetr
	PROMED S.A ul. Działkowa 56 02-234 Warszawa	15 000 zł	8%	16 200 zł	24 miesiące	Zadanie nr 3 Bilirubinometr nieinwazyjny miernik żółtaczkowy
2.	WALMED Sp. z o.o.	3 200 zł	8%	3 456 zł	36 miesięcy	Zadanie nr 2 Pulsoksymetr
3.	Dräger Polska Sp. z o.o.	20 148 zł	8%	21 759,84 zł	48 miesięcy	Zadanie nr 3 Bilirubinometr nieinwazyjny miernik żółtaczkowy

4.	KROBAN Anna Korczyńska	49 000 zł	8%	52 920 zł	36 miesięcy	Zadanie nr 1 system nieinwazyjnego wspomaganie oddechu- Infant Flow
5.	Dutchmed PL Sp. zo.o.	58 334 zł	8%	63 000,72 zł	24 miesiące	Zadanie nr 1 system nieinwazyjnego wspomaganie oddechu- Infant Flow

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Zadanie nr 1 system nieinwazyjnego wspomaganie oddechu-Infant Flow - Dutchmed PL Sp. z o.o. – firma uzyskała największą ilość punktów

Zadanie nr 2 Pulsoksymetr - WALMED Sp. z o.o. – firma uzyskała największą ilość punktów

Zadanie nr 3 Bilirubinometr nieinwazyjny miernik żółtaczki – PROMED S.A -firma uzyskała największą ilość punktów.

Jednocześnie informujemy, że aparat firmy KROBAN Anna Korczyńska z Łodzi (zadanie nr 1 system nieinwazyjnego wspomaganie oddechu-Infant Flow), mimo najniższej ceny, nie spełnia przedstawionych w zapytaniu ofertowym kryteriów:

- nie dopuszczamy urządzenia z parametrami kompensacji układu oddechowego na poziomie 25%,
- urządzenie nie posiada możliwości kalibracji czujnika tlenu w trakcie prowadzonej terapii,
- urządzenie nie posiada możliwości lokalizacji uszkodzeń prezentowanych na ekranie,
- urządzenie nie posiada możliwości przyszłej rozbudowy o funkcję wentylacji z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej bazującą na pomiarze saturacji pacjenta, możliwą do wykorzystania w trybach wentylacji nieinwazyjnej i konwencjonalnej,
- urządzenie nie posiada także możliwości rozbudowy o wyzwalacz przepływowy w trybie NIV pozwalający na synchronizowanie wysiłków oddechowych pacjenta ze wsparciem respiratora za pomocą czujnika przepływu,
- aparat nie posiada regulacji zarówno czasu wdechu jak i wydechu.

W związku z powyższym oferta firmy KROBAN Anna Korczyńska podlega odrzuceniu z postępowania.

Katarzyna Mazur *Bożena Woldon*
Data i podpis osoby dokonującej wyboru oferty

2019-10-10
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Data i podpis pracownika Biura Zamówień Publicznych

10.10.19
SKARBNIK POWIATU
Data i podpis Skarbnika lub osoby upoważnionej
knota 82 056,72

Zatwierdzam wybór wykonawcy:
STAROSTA
Data i podpis Starosty lub osoby upoważnionej
Adam Lubiak

